

大鼠雄激素 (Androgen)ELISA 试剂盒

(用于血清、血浆、组织匀浆、细胞培养上清液和其它生物体液内)

原理

本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA 法。用抗大鼠 Androgen 单抗包被于酶标板上，标准品和样品中的 Androgen 与单抗结合，加入生物素化的抗大鼠 Androgen，形成免疫复合物连接在板上，辣根过氧化物酶标记的 Streptavidin 与生物素结合，加入底物工作液显蓝色，最后加终止液硫酸，在 450nm 处测 OD 值，Androgen 浓度与 OD 值成正比，可通过绘制标准曲线求出标本中 Androgen 浓度。

试剂盒组成 (2-8℃保存)

| | | | |
|---------------------------------|------|----------------------------|------|
| 酶标板 (Coated Wells) | 96孔 | 酶标抗体工作液 (Enzyme Conjugate) | 12ml |
| 10×标本稀释液 (Sample Buffer) | 12ml | 20×浓缩洗涤液 (Wash Buffer) | 50ml |
| 标准品 (Standards) : 20ng/ml | 1瓶 | 底物工作液 (TMB Solution) | 12ml |
| 第一抗体工作液 (Biotinylated Antibody) | 6ml | 终止液 (Stop Solution) | 12ml |

准备试剂与收集血样

- 10×标本稀释液用蒸馏水作 1:10 倍稀释 (示例：1ml 浓稀释液+9ml 蒸馏水)。
2. 收集标本：血清、血浆 (EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测，2-8℃ 保存 48 小时；更长时间须冷冻 (-20 ℃或-70 ℃) 保存，避免反复冻融。正常标本测定前用标本稀释液至少作 1: 10 稀释 (取 20ul，加标本稀释液 180ul，稀释 10 倍)。
3. 标准品液配制：取 8 个 1.5ml 离心管，第一管加标本稀释液 900ul，第二至第八管加入标本稀释液 500ul。在第一管中加入 20ng/ml 的标准品溶液 100ul 置于漩涡混合器上混匀后用加样器吸出 500ul，移至第二管。如此反复作对倍稀释，从第七管中吸出 500ul 弃去。第八管为空白对照。
4. 洗涤液：用重蒸水 1:20 稀释 (示例：1ml 浓缩洗涤液加入 19ml 的重蒸水)

检测程序

1. 加样：每孔各加入标准品或待测样品 100ul，将反应板充分混匀后置 37℃ 40 分钟。
2. 洗板：用洗涤液将反应板充分洗涤 4-6 次，向滤纸上印干。
3. 每孔加入蒸馏水和第一抗体工作液各 50ul(空白除外)。将反应板充分混匀后置 37℃ 20 分钟。
4. 洗板：同前。
5. 每孔加酶标抗体工作液 100ul。将反应板置 37℃ 10 分钟。
6. 洗板：同前。
7. 每孔加入底物工作液 100ul，置 37 ℃暗处反应 15 分钟。
8. 每孔加入 100ul 终止液混匀。
9. 30 分钟内用酶标仪在 450nm 处测吸光值。

结果计算与判断

1. 所有 OD 值建议减除空白值后再行计算。如空白 OD 低于 0.1，也可以直接计算。
2. 以标准品 2000、1000、500、250、125、62.5、31.2、0 pg/ml 为横坐标，OD 值为纵坐标，使用软件作图，画出标准曲线。
3. 根据样品 OD 值计算出相应 Androgen 含量，再乘上稀释倍数即可。软件可以向本公司邮件索取。

试剂盒性能

1. 灵敏度：最小的 Androgen 检测浓度小于 16pg/ml。
2. 特异性：可同时检测重组或天然的大鼠 Androgen。不与大鼠其它细胞因子有交叉反应。
3. 重复性：板内、板间变异系数均小于 10%。

注意事项

1. 以上标准孔及待测样品均建议做复孔，每次测定应同时做标准曲线。
2. 洗涤过程很关键。洗涤不充分将导致精确度误差及 OD 值错误地升高。
3. 检测时所有试剂都要恢复到室温。板条开封后剩余板条要再封好，保持板条干燥。
4. 试剂盒使用超敏 TMB 溶液，若显色过深会出现絮状物，属正常现象，不影响结果判读。
5. 说明书中试剂盒组成为 96T 的量，48T 的量应减半！
6. 本试剂盒宜置 4℃ 冰箱保存。仅用于科研，不能用于临床诊断！