

人 6-酮-前列腺素 F1 α (6-k-PGF1 α)ELISA 试剂盒

(用于血清、血浆、组织匀浆、细胞培养上清液和其它生物体内)

原理

本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA 法。用抗人 6-k-PGF1 α 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 6-k-PGF1 α 与单抗结合,加入生物素化的抗人 6-k-PGF1 α ,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的 Streptavidin 与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在 450nm 处测 OD 值,6-k-PGF1 α 浓度与 OD 值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中 6-k-PGF1 α 浓度。

试剂盒组成 (2-8 $^{\circ}$ C 保存)

酶标板 (Coated Wells)	96孔	酶标抗体工作液 (Enzyme Conjugate)	12ml
10 \times 标本稀释液 (Sample Buffer)	12ml	20 \times 浓缩洗涤液 (Wash Buffer)	50ml
标准品 (Standards): 100ng/ml	1瓶	底物工作液 (TMB Solution)	12ml
第一抗体工作液 (Biotinylated Antibody)	6ml	终止液 (Stop Solution)	12ml

准备试剂与收集血样

- 10 \times 标本稀释液用蒸馏水作 1:10 倍稀释 (示例: 1ml 浓稀释液+9ml 蒸馏水)。
- 收集标本: 血清、血浆 (EDTA、柠檬酸盐、肝素抗凝)、细胞培养上清液、组织匀浆等尽早检测, 2-8 $^{\circ}$ C 保存 48 小时; 更长时间须冷冻 (-20 $^{\circ}$ C 或 -70 $^{\circ}$ C) 保存, 避免反复冻融。血清、血浆测定前用标本稀释液作 1: 20 稀释 (取 10 μ l, 加标本稀释液 190 μ l, 稀释 20 倍)。
- 标准品液配制: 取 8 个 1.5ml 离心管, 第一管加标本稀释液 900 μ l, 第二至第八管加入标本稀释液 500 μ l。在第一管中加入 100ng/ml 的标准品溶液 100 μ l 置于漩涡混合器上混匀后用加样器吸出 500 μ l, 移至第二管。如此反复作对倍稀释, 从第七管中吸出 500 μ l 弃去。第八管为空白对照。
- 洗涤液: 用重蒸水 1:20 稀释 (示例: 1ml 浓缩洗涤液加入 19ml 的重蒸水)

检测程序

1. 加样: 每孔各加入标准品或待测样品 100 μ l, 将反应板充分混匀后置 37 $^{\circ}$ C 40 分钟。
2. 洗板: 用洗涤液将反应板充分洗涤 4-6 次, 向滤纸上印干。
3. 每孔加入蒸馏水和第一抗体工作液各 50 μ l (空白除外)。将反应板充分混匀后置 37 $^{\circ}$ C 20 分钟。
4. 洗板: 同前。
5. 每孔加酶标抗体工作液 100 μ l。将反应板置 37 $^{\circ}$ C 10 分钟。
6. 洗板: 同前。
7. 每孔加入底物工作液 100 μ l, 置 37 $^{\circ}$ C 暗处反应 15 分钟。
8. 每孔加入 100 μ l 终止液混匀。
9. 30 分钟内用酶标仪在 450nm 处测吸光值。

结果计算与判断

1. 所有 OD 值建议减除空白值后再行计算。如空白 OD 低于 0.1, 也可以直接计算。
2. 以标准品 10、5、2.5、1.25、0.625、0.312、0.156、0 ng/ml 为横坐标, OD 值为纵坐标, 使用软件作图, 画出标准曲线。
3. 根据样品 OD 值计算相应 6-k-PGF1 α 含量, 再乘上稀释倍数。软件可以向本公司邮件索取。

试剂盒性能

1. 灵敏度: 最小的 6-k-PGF1 α 检测浓度小于 0.08ng/ml。
2. 特异性: 可同时检测重组或天然的人 6-k-PGF1 α 。不与人其它细胞因子有交叉反应。
3. 重复性: 板内、板间变异系数均小于 10%。

注意事项

1. 以上标准孔及待测样品均建议做复孔, 每次测定应同时做标准曲线。
2. 洗涤过程很关键。洗涤不充分将导致精确度误差及 OD 值错误地升高。
3. 检测时所有试剂都要恢复到室温。板条开封后剩余板条要再封好, 保持板条干燥。
4. 试剂盒使用超敏 TMB 溶液, 若显色过深会出现絮状物, 属正常现象, 不影响结果判读。
5. 说明书中试剂盒组成为 96T 的量, 48T 的量应减半!
6. 本试剂盒宜置 4 $^{\circ}$ C 冰箱保存。仅用于科研, 不能用于临床诊断!